


136262-7

- English
- German
- French
- Italian










QuikRead go[®]

Strep A

Assay procedure • Testverfahren

Sample collection and preparation Probennahme und Probenvorbereitung



1

Intended use

QuikRead go® Strep A is a qualitative test for the detection of *Streptococcus pyogenes* (Strep A) in throat samples, when Strep A pharyngitis (tonsillitis) is suspected. The test is carried out using the QuikRead go® instrument. For *in vitro* diagnostic use only.

2

Summary and explanation of the test

A sore throat is usually due to an inflammatory response to viral or bacterial infection and a common reason for visiting a doctor^{1,2,3,4}. The most likely bacterial cause is *Streptococcus pyogenes*, which causes a sore throat and mostly affects school-age children and young adults^{2,3,5}. A Strep A sore throat usually lasts less than 10 days, and the patients are infectious during the period they have symptoms and for approximately one week thereafter^{1,3}. Antibiotic therapy reduces the duration of symptoms^{1,6}. The symptoms of a Strep A sore throat do not differ significantly from those of a sore throat caused by other agents^{2,4}. Therefore, symptoms alone cannot be used for an accurate Strep A sore throat diagnosis, so clinical and epidemiological data should be supported by laboratory tests^{2,3,4}.

3

Principles of the procedure

QuikRead go Strep A is an immunoturbidimetric test based on microparticles coated with rabbit anti Strep A antibodies. Strep A antigens present in the sample react with the microparticles, and the resultant change in the turbidity of the solution is measured by the QuikRead go Instrument. The throat sample is collected with a HydraFlock® sterile flocked collection device (later referred as HydraFlock flocked swab) and processed in a separate extraction tube. During extraction the bacteria contained in the sample break down and the antigen being tested is released into the swab. When the extraction is finished, the swab is placed in a prefilled cuvette and the antigen is released into the solution by swirling the swab vigorously in the solution. Colour changes that are in accordance with the instructions indicate successful extraction and neutralisation. Test calibration data is in the barcode label of the cuvette and read automatically by the QuikRead go instrument before the test is started.

4

Reagents

Content of the kit

Component name and origin	Symbol	QuikRead go® Strep A Cat. no. 135883 50 tests
Strep A Reagent Caps ORIG RAB	REAG CPS	2 x 25
Buffer in prefilled cuvettes	BUF	2 x 25 x 0.8 ml
Extraction Reagent 1	REAG EXTR 1	1 x 6 ml
Extraction Reagent 2	REAG EXTR 2	1 x 6 ml
Extraction Tubes	TUBE EXTR	50
Positive Control	CONTROL +	1 x 1 ml
Negative Control	CONTROL -	1 x 1 ml
HydraFlock sterile flocked collection devices (Puritan Medical Products Company LLC, REF 25-3406-H)	SWAB	50
Instructions for use		

Reagents contain sodium azide.
Extraction Reagent 1 contains acetic acid and Extraction Reagent 2 contains sodium nitrite. See section 5 “Warnings and precautions”.

Storage

Reagent	Storage temperature 2...8°C	Storage temperature 18...25°C
Reagent Caps, Extraction Reagents and Controls in unopened tubes/vials	Until the expiry date on the Reagent tube/vial	Until the expiry date on the Reagent tube/vial
Reagent Caps, Extraction Reagents and Controls after first opening	12 months	12 months
Prefilled cuvettes in an unopened foil pouch	Until the expiry date on the cuvette pouch	Until the expiry date on the cuvette pouch
Prefilled cuvettes after first opening of the foil pouch	6 months	3 months
Opened prefilled cuvette	2 hours	2 hours

Mark the date of opening the foil pouch on the cuvette rack.

Reagent preparation and storage conditions

All reagents are ready to use. Keep the Strep A Reagent Caps away from moisture. Close the aluminium tube immediately after taking out the required number of reagent caps.

Reagent deterioration

Do not use a cuvette with visible dirt in the buffer.

5

Warnings and precautions

Health and safety information

- For *in vitro* diagnostic use only.
- Do not smoke, eat or drink in premises where samples or kit reagents are handled. Wear suitable personal protective clothing and disposable gloves when handling patient samples and kit reagents. Wash hands thoroughly when finished performing the test.
- Avoid contact with skin and eyes. After contact with skin, wash immediately with plenty of water.
- Do not breath spray.
- All patient samples and controls should be handled as potentially infectious material.
- Lyophilised reagents contain <1% sodium azide, which is harmful to aquatic life with long lasting effects (Aquatic Chronic 3, H412). Avoid release to the environment (P273). Dispose of contents according to national and local law (P501).
Reconstituted and liquid reagents contain <0.1% sodium azide, which is not considered a harmful concentration.
Sodium azide liberates toxic gas when in contact with acids. Azides may react

- with metal plumbing, forming explosive compounds. Azide build-up can be avoided by flushing with a large volume of water when disposing of the reagents.
- Extraction Reagent 2 contains sodium nitrite, which is harmful if swallowed (Acute Tox. 4, H302). Do not eat, drink or smoke when using this product (P270). IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell (P301+P312). Dispose of contents according to national and local law (P501).
- Disposal, see Section 14.



Warning

Analytical precautions

- Do not mix reagents from different lot numbers.
- Use only HydraFlock flocked swabs provided with a QuikRead go Strep A reagent kit. Other swabs may affect test performance.
- When opening a reagent kit for the first time, make sure that the protective foil pouch of the cuvettes are intact. If a foil pouch is damaged, do not use the cuvettes in it. Before using a cuvette, always check that its protective foil covering is intact.
- Do not touch the clear flat surfaces on the lower part of the cuvette (optical part). Discard any cuvettes with fingerprints.
- Protect the QuikRead go Strep A Reagent Caps from moisture. Close the aluminium tube immediately after taking out the required number of reagent caps.

6 Sample collection and preparation

Sample material, sample collection and storage

Sample material	Secretion collected from the tonsils with a swab provided with the kit.
Sample collection	The sample is collected from the tonsils from both sides of the throat and/or from the back of the throat. Avoid touching other parts of the mouth.
Sample storage	The swab sample can be stored for 48 hours at 2...25°C before testing.

7 Procedure

Materials required but not supplied

	Cat. no.
QuikRead go® Instrument with software 4.1 or newer	133893

Assay procedure

Open the foil pouch protecting the cuvette rack and mark the rack with the date when the foil pouch was opened.

Sample collection and preparation (figures 1 to 8)

- A prefilled cuvette must reach room temperature (18...25°C) before use. It will take 15 minutes for an individual refrigerated (2...8°C) prefilled cuvette. Do not touch the clear flat surfaces in the lower part of the cuvette (the optical part). Remove the foil cover from the cuvette. Beware of splashing the liquid. Condensed buffer on the foil cover has no effect on results. The test must be performed within two (2) hours from opening the cuvette.
- Take a sterilised HydraFlock flocked swab from its cover. Ask the patient to open his/her mouth, press down the tongue with a wooden spatula and start sample collection.
- Remember to take the sample from tonsils on both sides of the throat. Rolling the swab while collecting the sample ensures that the sample is representative.
- Place the swab in the extraction tube provided with the kit.
- Add two (2) drops of colourless Extraction Reagent 1 into the tube and then two (2) drops of red Extraction Reagent 2. The solution turns yellow-orange.
- Swirl the swab in the solution for 30 seconds and then leave it in the solution for at least 90 seconds, but no longer than 15 minutes.
- Lift the swab from the extraction tube into the prefilled cuvette, transferring as much liquid as possible, and stir vigorously. The solution turns red. This colour change indicates neutralisation of the extraction solution and the sample being transferred into the solution. Note: If a large volume of liquid remains in the extraction tube, you should pour it into the cuvette. See step 8.
- Lift the swab out of the liquid, and press it slightly against the inner wall of the cuvette to release all of the liquid for measurement. Take care not to splash any solution on the outer surface of the cuvette. Discard the swab. Pour any extra liquid from the extraction tube into the cuvette. Do not proceed if the solution remains orange-yellow (indicating acidity; see the section “Warnings and precautions – sodium azide”).

Sample analysis (figures 9 to 12)

For full instructions, see QuikRead go Instrument instructions for use. The display of the instrument will guide you through the test.

- Close the cuvette tightly with a Strep A Reagent Cap. Do not press down the pink coloured inner part of the reagent cap. After the sample has been added to the buffer, the solution is stable for four (4) hours.
- On the QuikRead go instrument display, select **Measure**.
- Place the cuvette in the instrument. The barcode should be facing you, as shown in figure 11. The display shows how the measuring progresses. The instrument first measures the sample blank and then the Strep A concentration for 1–3 minutes.
- The result appears on the display when the measurement is completed and the cuvette will raise up automatically from the measurement well.

Control analysis (figures 5 to 12)

Start control analysis by placing the swab in the extraction tube. Add two (2) drops of control onto the bottom of the extraction tube. Continue the process from step 5 of section “Sample collection and preparation”.

Analyse the control samples in the same way as the other samples, but select **Quality control** on the instrument display. The result will be saved as a control measurement.

8 Quality control

Regular use of ready-to-use controls provided with the QuikRead go Strep A kit is recommended.

Commercial controls: Handle and use controls according to instructions of use. When liquid controls are used, please note that the varying absorbance capacity affects the amount of bacteria transferred to the swab. This may affect the result especially in samples close to cut-off value. The varying absorbance capacity does not affect patient samples which are not liquid. Swabs pretreated with controls may give inaccurate results due to properties of the swab used.

9 Results' interpretation

Strep A result	Interpretation of test result
Strep A Positive	Strep A antigen concentration in the sample corresponds to bacterial concentration of at least 7x10 ⁴ CFU/swab.
Strep A Negative	The sample does not contain a measurable concentration of Strep A antigen.

When Strep A test results are interpreted, the patient's clinical symptoms and background information should always be taken into account.

10 Limitations of the procedure

Proper sample collection and careful following of assay procedures as specified in the instructions for use are necessary for reliable test results.
The test does not separate acutely infected individuals from asymptomatic carriers.
Low bacterial concentrations in the sample may show a negative result.

11 Expected values

A reasonable estimate of the prevalence of Strep A infection in an adult population with acute pharyngitis is 5% to 10% and in a paediatric population with acute pharyngitis 20% to 25%³. In a healthy population, *Streptococcus pyogenes* should not be present. The possibility exists, however, that some people are asymptomatic carriers of this bacterium⁵.

12 Performance characteristics

Sensitivity and specificity

The clinical performance of QuikRead go Strep A was evaluated in a multi-centre study of samples from 279 patients. The Strep A throat sample was collected with the swab provided with the QuikRead go Strep A kit at six physician offices. All patients showed symptoms of pharyngitis.

The comparison throat sample was taken with another swab and used to inoculate the Streptocult culture medium. After inoculation, a bacitracin disc was applied to the Streptocult medium as described in the instructions for use. The Streptocult slide was then sent to a microbiology laboratory for further culturing and identification of bacteria. β-haemolytic streptococcus colonies growing on the slide were confirmed by means of commercially available typing reagents. The density of growth and the presence of β-haemolytic streptococci other than of group A were recorded also. The QuikRead go Strep A test was carried out on the swab in accordance with the instructions for use contained in the kit.

The test detects bacteria in amounts corresponding to 7x10⁴ CFU/swab. Therefore, Streptocult cultures containing less than 10 group A streptococcus colonies were excluded when the sensitivity and the specificity of the test were calculated. Streptocult cultures having 10 or more group A streptococcus colonies on the slide were considered positive.

Table 1.	Culture positive	Culture negative
QuikRead go Strep A positive	74	5
QuikRead go Strep A negative	15	177
Sensitivity	83% (73.7-90.2%)*	
Specificity	97% (93.7-99.1%)*	
Agreement	93%	
PPV	94%	
NPV	92%	
* 95% confidence interval		

When the sensitivity of the QuikRead go Strep A test was reported on the basis of the density of group A streptococcus colonies on the slides, the following figures were obtained:

Table 2.	Sensitivity / Number of CFU			
Sensitivity according to the number of colonies	< 10	≥ 10	≥ 51	≥ 100
	12.5%	83.1%	91.0%	95.5%

Reproducibility

Reproducibility was tested through analysis of three samples, with different Strep A concentrations, daily over five days. One of the samples did not contain Strep A antigen (negative), one had low amounts of Strep A antigen (low positive), and one contained large amounts of Strep A antigen (high positive).

Table 3.	Reproducibility of QuikRead go Strep A									
	Day 1		Day 2		Day 3		Day 4		Day 5	
	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2
Negative	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Low positive	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.
High positive	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.

The results show high reproducibility.

Interfering substances

Cross-reactivity

Tested organism	Bacterial strain	Cross-reactivity
<i>Streptococcus B</i>	ATCC 12386	On basis of the test results it can be estimated that the organisms in question, possibly detected in the mouth, do not cause any cross-reactivity in the QuikRead go Strep A test.
<i>Streptococcus C</i>	ATCC 12388	
<i>Streptococcus F</i>	ATCC 12392	
<i>Streptococcus G</i>	ATCC 12394	
<i>Staphylococcus aureus (Cowan)</i>	ATCC 12598	
<i>Candida albicans</i>	ATCC 14053	
<i>Neisseria sicca</i>	ATCC 29259	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	
<i>Haemophilus influenzae type B</i>	ATCC 9795	
<i>Streptococcus pneumonia</i>	ATCC 6303	
<i>Moraxella catarrhalis</i>	ATCC 25238	

Antigen excess

No antigen excesses have been detected during the testing of samples in which *Streptococcus pyogenes* levels are exceptionally high (10⁹ CFU/ml).

Measurement range

The test detects bacteria in amounts corresponding to 7x10⁴ CFU/swab.

13 Traceability

QuikRead go Strep A has been tested against reference material produced from *Streptococcus pyogenes* strain ATCC 19615.

14 Disposal

- Dispose of contents according to national and local law.
- All patient samples, sampling devices, controls, used tubes, caps and cuvettes should be handled and disposed of as potentially infectious material.
- Materials of the components of the QuikRead go kits:
 - Paper: Instructions for use
 - Cardboard: Kit box including its inner parts
 - Plastic: Cuvettes, reagent caps, foil covering cuvette rack, cuvette rack, plungers, extraction vials and tubes, plunger and capillary tubes, swabs
 - Glass: Capillaries
 - Metal: Reagent cap tubes, cuvette lids, plunger and capillary tube caps
 - Not to be recycled: Lids of reagent cap tubes (several)
- When used in accordance with Good Laboratory Practice, good occupational hygiene and the instructions for use, the reagents supplied should not present a hazard to health.

15 Troubleshooting

Error messages

Error messages displayed by the QuikRead go instrument are listed below. For further details of error messages, consult the QuikRead go Instrument instructions for use.




Error message	Corrective action
Cuvette position not correct. Remove cuvette.	Remove the cuvette and re-insert it into right position.
Measurement prohibited. Please check the reagent cap.	Check that the cuvette has a reagent cap and the inner pink part of the cap is not pressed down.
Measurement prohibited. Kit lot expired.	Discard expired kit lot. Use a new one.
Measurement prohibited. Cuvette temperature too low.	Let the cuvette warm up to room temperature (18...25°C). Test the same cuvette again.
Measurement prohibited. Cuvette temperature too high.	Let the cuvette cool down to room temperature (18...25°C). Test the same cuvette again.
Test cancelled. Blank too high.	Test the same cuvette again. The blanking process has not been completed or the sample may contain interfering substances. In the latter case, the test cannot be completed.
Test cancelled. Unstable blank.	
Test cancelled. Error in reagent addition.	Perform a new test. There has been some problem during reagent addition. Make sure that the cap is properly closed.
Test cancelled. Instrument failure.	Perform a new test. If this message appears often, contact your local distributor or call customer service.
Error code xx. Please restart the instrument.	Restart the instrument. If the error message appears again, contact your local distributor or call customer service and give the error code.
Error code xx. Please call customer service.	Contact your local distributor or call customer service and give the error code.

Unexpected negative or positive result

Possible reasons for unexpected results are listed in the table below.

Possible cause	Corrective action
Samples that have not been collected according to instructions may contain little or no Strep A bacteria and thus give an incorrect negative result.	Take a new sample. Make sure the sample is collected from the tonsils and/or back of the throat.
If the swab touches the cheeks, gums or tongue, interfering materials may be included in the sample giving an incorrect result.	Take a new sample. Make sure the sample is collected from the tonsils and/or back of the throat.
Using swabs other than those provided with the QuikRead go Strep A kit may give an incorrect result.	Take a new sample using a HydraFlock flocked swab provided with the QuikRead go Strep A kit.
Using other than QuikRead go Strep A extraction tubes provided with the kit may give an incorrect negative result.	Retest. Make sure that you use an extraction tube provided with the kit.
Mixing reagents coming from different lot numbers and/or swabs intended for different tests may cause an incorrect result.	Retest. Make sure that all reagents originate from the same reagent package.
Storing reagents at an unsuitable temperature may cause an incorrect result.	Retest. Make sure that the reagents have been stored according to instructions.
Dirt on the optical surface of the cuvette can cause an incorrect positive result.	Retest. Do not touch the clear flat surfaces on the lower part of the cuvette.
Keeping the sample for too long in the swab or in the solution may cause an incorrect result.	Retest. Follow the time limits given in the instructions.

Sample analysis • Probenanalyse



Measure		RESULT
Step A:		POSITIVE
Patient ID:	XXXXXXXX	
Measurement time:	2011-11-11 12:19	
Test:	Step A	Result info
i Choose Result info to view result information. Remove cuvette to perform a new measurement.		
Exit	Print	New measurement

References • Referenzen

1. Del Mar CB, Glasziou PP, Spinks AB. Antibiotics for sore throat (Cochrane review). In: The Cochrane library, Issue2, 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd.
2. Bisno AL, Peter GS, Kaplan EL. Diagnosis of Strep throat in adults: Are Criteria Really Good Enough? Clin Infect Dis 2002; 35:126-9.
3. Ebel MH, Smith MA, Barry HC, Ives K, Carey M. The rational clinical examination. Does This Patient Have Strep A Throat? JAMA 2000; 284:2912-18.
4. Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM Jr, Kaplan EL, Schwartz RH. Practise Guidelines for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis. CID 2002; 35:113-25.
5. Cunningham MW. Pathogenesis of group A Streptococcal Infections. Clin microbial Rev 2000; 13(3):470-511.
6. Snellman LW, Stang HJ, Stang JM, Johnson DR, Kaplan EL. Duration of Positive Throat Cultures for Group A Streptococci After initiation of Antibiotic Therapy. Pediatrics, 1993; 91:1166-70.
7. Data on file, Aidian Oy.

Explanation of symbols • Zeichenerklärung

	English	Deutsch
IVD	<i>In vitro</i> diagnostic medical device	<i>In-vitro</i> -Diagnostikum
REF	Catalogue number	Bestellnummer
LOT	Batch code	Loscode
	Use by	Verwendbar bis
	Shelf life after opening 12 months	Haltbarkeit nach Öffnung 12 Monate
	Do not reuse	Nicht wiederverwenden
	Do not use if package is damaged	Inhalt beschädigter Packung nicht verwenden
	Temperature limitation	Temperaturbegrenzung
	Consult instructions for use	Gebrauchsanweisung beachten
	Manufacturer	Hersteller
STERILE EO	Sterilised using ethylene oxide	Sterilisation mit Ethylenoxid
EC REP	Authorised Representative in the European Community	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
	Importer	Importeur
	Distributor	Verteiler
	Sufficient for	Ausreichend für
CONT	Contents	Inhalt
REAG CPS	Strep A reagent caps	Stopfen mit Strep A Reagenz
BUF	Buffer	Puffer
REAG EXTR 1	Extraction Reagent 1	Extraktionsreagenz 1
REAG EXTR 2	Extraction Reagent 2	Extraktionsreagenz 2
TUBE EXTR	Extraction tubes	Extraktionsröhrchen
CONTROL +	Positive Control	Positivkontrolle
CONTROL -	Negative Control	Negativkontrolle
SWAB	Swabs	Abstrichtupfer
ORIG RAB	Origin: rabbit	Ursprung: Kaninchen
Ag	Antigen	Antigen
CONT NaN₃	Contains sodium azide	Enthält Natriumazid
CONT NaNO₂ < 25%	Contains sodium nitrite < 25%	Enthält Natriumnitrit < 25%

Swab / Abstrichtupfer:

Puritan Medical Products Company LLC
31 School Street, Guilford, Maine 04443-0149, USA

EC REP Emergo Europe
The Hague, The Netherlands

CE
2797
MDD 93/42/EEC

QuikRead go® is a registered trademark of Aidian Oy.
QuikRead go® ist eingetragenes Warenzeichen von Aidian Oy.



AIDIAN

Aidian Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B
P.O. Box 83, FI-02101 Espoo, Finland
www.aidian.eu, www.quikread.com



1

Verwendungszweck

QuikRead go® Strep A ist ein qualitativer Test für den Nachweis von *Streptococcus pyogenes* (Streptokokken der Gruppe A) in Rachenabstrichproben bei Verdacht auf durch A-Streptokokken verursachte Pharyngitis (Tonsillitis). Der Test wird mit dem QuikRead go® Instrument durchgeführt. *In-vitro*-Diagnostikum.

2

Zusammenfassung und Beschreibung des Tests

Halsschmerzen sind normalerweise die Folge einer Entzündungsreaktion auf eine virale oder bakterielle Infektion und zählen zu den häufigsten Gründen für einen Arztbesuch^{1,2,3,4}. Bei einer bakteriellen Infektion ist *Streptococcus pyogenes* der wahrscheinlichste Erreger. Er verursacht Halsentzündungen und betrifft meist Kinder im Schulalter und junge Erwachsene^{2,3,5}. Die Dauer einer durch A-Streptokokken bedingten Halsentzündung beträgt normalerweise weniger als 10 Tage. Die Patienten sind ansteckend, solange sie Symptome zeigen und ca. noch eine Woche danach^{1,3}. Eine Antibiotikatherapie verkürzt die Dauer der Symptome^{1,6}. Die Symptome einer A-Streptokokken-Halsentzündung unterscheiden sich nicht signifikant von den Symptomen einer Halsentzündung, die durch andere Erreger verursacht wird^{2,4}. Die Symptome alleine sind für die präzise Diagnose einer A-Streptokokken-Halsentzündung daher nicht ausreichend; klinische und epidemiologische Daten sollten durch Labortests belegt werden^{2,3,4}.

3

Verfahrensprinzipien

QuikRead go Strep A ist ein immunturbidimetrischer Test basierend auf Mikropartikeln beladen mit Kaninchen Anti-Strep A Antikörpern. Die Strep A Antigene aus der Probe reagieren mit den Mikropartikeln und die entstehende Trübung der Lösung wird vom QuikRead go Instrument gemessen. Der Rachenabstrich wird mit dem sterilen Abnahmesystem HydraFlock® (später als HydraFlock Abstrichtupfer) vorgenommen und in einem separaten Extraktionsröhrchen aufbereitet. Während der Extraktion werden die in der Probe enthaltenen Bakterien aufgebrochen und das zu testende Antigen wird in den Abstrichtupfer abgegeben. Nach Abschluss der Extraktion wird der Abstrichtupfer in eine vorgefüllte Küvette gegeben und das Antigen wird durch kräftiges Drehen des Abstrichtupfers in die Lösung abgegeben. Farbliche Veränderungen, die mit der Anleitung übereinstimmen, zeigen eine erfolgreiche Extraktion und Neutralisation an. Die Kalibrierungsdaten des Tests befinden sich auf einem Strichetikett der Küvette. Sie werden vor Beginn des Tests vom QuikRead go Instrument automatisch gelesen.

4

Reagenzien

Inhalt des Kit

Name der Komponente und Ursprung	Symbol	QuikRead go® Strep A Kat. -Nr. 135883 50 Tests
Stopfen mit Strep A Reagenz ORIG RAB	REAG CPS	2 x 25
Puffer in vorgefüllten Küvetten	BUF	2 x 25 x 0,8 ml
Extraktionsreagenz 1	REAG EXTR 1	1 x 6 ml
Extraktionsreagenz 2	REAG EXTR 2	1 x 6 ml
Extraktionsröhrchen	TUBE EXTR	50
Positivkontrolle	CONTROL +	1 x 1 ml
Negativkontrolle	CONTROL -	1 x 1 ml
Hydra Flock steriles Abnahmesystem (Puritan Medical Products Company LLC, REF 25-3406-H)	SWAB	50
Gebrauchsinformation		

Reagenzien enthalten Natriumazid.
Extraktionsreagenz 1 enthält Essigsäure und Extraktionsreagenz 2 enthält Natriumnitrit. Siehe Abschnitt 5 “Warn- und Entsorgungshinweise”.

Lagerung

Reagenz	Lagertemperatur 2...8°C	Lagertemperatur 18...25°C
Reagenzstopfen, Extraktionsreagenz und Kontrolllösung ungeöffnet	Bis Ablauf des Haltbarkeitsdatum	Bis Ablauf des Haltbarkeitsdatum
Reagenzstopfen, Extraktionsreagenz und Kontrolllösung nach dem ersten Öffnen	12 Monate	12 Monate
Vorgefüllte Küvetten im verschlossenen Folienbeutel	Bis zum Ablaufdatum auf dem Küvettenbeutel	Bis zum Ablaufdatum auf dem Küvettenbeutel
Vorgefüllte Küvetten nach Öffnen des Folienbeutels	6 Monate	3 Monate
Geöffnete vorgefüllte Küvette	2 Stunden	2 Stunden

Zur besseren Erinnerung das Öffnungsdatum der Folienbeutel auf dem Küvettenständer notieren.

Probenvorbereitung und Lagerbedingungen

Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig. Die Strep A Reagenzstopfen vor Feuchtigkeit schützen. Die Aluminiumröhrchen sofort nach Entnahme der erforderlichen Anzahl an Reagenzstopfen wieder verschließen.

Zersetzung der Reagenzien

Verwenden Sie keine Küvette mit sichtbarer Verschmutzung in der Pufferlösung.

5

Warn- und Entsorgungshinweise

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

- Nur zur *In-vitro*-Diagnostik bestimmt.
- Nicht rauchen, essen oder trinken in Bereichen, in denen Proben oder Kitreagenzien verwendet werden. Geeignete Schutzkleidung und Einweg-Handschuhe bei der Handhabung von Patientenproben und Kitreagenzien tragen. Nach Abschluss des Tests Hände gründlich waschen.
- Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Nach Hautkontakt bitte sofort mit viel Wasser waschen.
- Keine Tröpfchen oder Partikel einatmen.
- Alle Patientenproben und Kontrollen sollten als potenziell infektiöses Material behandelt werden.
- Lyophilisierte Reagenzien enthalten Natriumazid in einer Konzentration von <1 %, die schädlich für Wasserorganismen ist, mit langfristiger Wirkung (Aquatic Chronic 3, H412), Freisetzung in die Umwelt vermeiden (P273). Inhalt entsprechend nationalem und lokalem Recht entsorgen (P501).

- Rehydrierte und flüssige Reagenzien enthalten Natriumazid in Konzentrationen < 0,1 %, die nicht als gesundheitsgefährdend eingestuft sind.
- Bei Kontakt mit Säuren setzt Natriumazid toxische Gase frei. Azide können mit Metallrohren reagieren, indem sie explosive Stoffe bilden. Die Bildung von Aziden kann vermieden werden, indem mit großen Mengen Wasser nach Wegschütten des Reagenz gespült wird.
- Extraktionsreagenz 2 enthält Natriumnitrit, das gesundheitsschädlich bei Verschlucken ist (Acute Tox. 4, H302). Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen (P270). BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen (P301+P312). Inhalt entsprechend nationalem und lokalem Recht entsorgen.
 - Entsorgung: siehe Abschnitt 14.



Analytische Vorsichtsmaßnahmen

- Vermischen Sie keine Reagenzien mit unterschiedlichen Chargennr.
- Verwenden Sie nur HydraFlock Abstrichtupfer die im QuikRead go Strep A Kit beinhaltet sind. Andere Abstrichtupfer können die Testleistung beeinträchtigen.
- Sollte der Folienbeutel oder der Folienverschluss der Küvetten beim Öffnen des Reagenzkits bereits beschädigt sein, dürfen Sie die Küvetten nicht mehr verwenden.
- Die klare Oberfläche im unteren Teil der Küvette nicht berühren (optischer Teil). Küvetten mit Fingerabdrücken verwerfen.
- QuikRead go Strep A Reagenzstopfen vor Feuchtigkeit schützen. Schließen Sie das Aluminiumröhrchen sofort nach Entnahme der Reagenzstopfen wieder.

6 Probennahme und Probenvorbereitung

Probenmaterial, Probennahme und Lagerung

Probenmaterial	Sekret, das mit einem im Lieferumfang des Kits enthaltenen Abstrichtupfer von den Rachenmandeln gewonnen wird.
Probennahme	Die Probe wird als Abstrich von den Rachenmandeln auf beiden Seiten des Rachens und/oder vom hinteren Rachenraum gewonnen. Vermeiden Sie es, andere Bereiche des Mundes mit dem Abstrichtupfer zu berühren.
Lagerung	Die Abstrichprobe kann vor Beginn des Tests 48 Stunden bei 2...25°C aufbewahrt werden.

7 Verfahren

Zusätzlich benötigtes Material

	Katalog-Nr.
QuikRead go® Instrument mit Software 4.1 oder höher	133893

Testverfahren

Den Folienbeutel des Küvettenständers öffnen und das Öffnungsdatum auf dem Küvettenständer notieren.

Probennahme und -vorbereitung (Abb. 1 bis 8)

- Alle Reagenzien sollten bei Gebrauch Raumtemperatur (18...25°C) haben. Eine gekühlte Küvette (2...8°C) erreicht nach 15 Minuten Raumtemperatur. Die klare Oberfläche im unteren Teil der Küvette nicht berühren (optischer Teil). Den Folienverschluss der Küvette entfernen. Vorsicht: keine Pufferlösung verschütten. Kondensierte Pufferlösung auf dem Folienverschluss hat keinerlei Einfluss auf das Ergebnis. Der Test muss innerhalb von 2 Stunden nach Öffnen der Küvette erfolgen.
- Entnehmen Sie einen sterilen HydraFlock Abstrichtupfer aus der Verpackung. Den Patienten bitten, den Mund zu öffnen. Die Zunge des Patienten mit einem Holzspatel herunterdrücken und mit der Probennahme beginnen.
- Darauf achten, dass die Probe von beiden Rachenmandeln (auf beiden Seiten des Rachens) genommen wird. Durch Drehen des Abstrichtupfers bei der Probennahme wird sichergestellt, dass die Probe repräsentativ ist.
- Den Abstrichtupfer in das im Lieferumfang des Kits enthaltene Extraktionsröhrchen geben.
- Zwei (2) Tropfen der farblosen Extraktionsreagenz 1 in das Röhrchen geben und anschließend zwei (2) Tropfen der roten Extraktionsreagenz 2 zugeben. Die Lösung färbt sich gelb-orange.
- Den Abstrichtupfer 30 Sekunden lang in der Lösung drehen. Anschließend den Abstrichtupfer mindestens 90 Sekunden in der Lösung stehen lassen, auf keinen Fall jedoch länger als 15 Minuten.
- Den Abstrichtupfer aus dem Extraktionsröhrchen nehmen und möglichst viel Flüssigkeit in die vorgefüllte Küvette übertragen. Den Abstrichtupfer kräftig hin und her bewegen. Die Lösung färbt sich rot. Durch diesen Farbumschlag wird die Neutralisation der Extraktionslösung und die Übertragung der Probe in die Lösung angezeigt. Hinweis: Wenn eine größere Menge an Flüssigkeit im Extraktionsröhrchen verbleibt, diese Flüssigkeit in die Küvette geben. Siehe Schritt 8.
- Den Abstrichtupfer aus der Lösung nehmen und an der Innenseite der Küvette ausdrücken, damit die gesamte Flüssigkeit für die Messung abgegeben wird. Darauf achten, dass keine Lösung auf die Außenseite der Küvette tropft. Abstrichtupfer entsorgen. Überschüssige Lösung aus dem Extraktionsröhrchen in die Küvette geben. Nicht fortfahren, wenn sich die orange-gelbe Farbe der Lösung nicht ändert (Hinweis auf Säure, siehe Abschnitt "Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen – Natriumazid").

Probenanalyse (Abb. 9 bis 12)

Siehe Bedienungsanleitung des QuikRead go Instruments für die genaue Vorgehensweise. Die Anzeige des Instruments führt Sie durch den Testverlauf.

- Die Küvette sorgfältig mit dem Strep A Reagenzstopfen verschließen. Den pinkfarbenen inneren Teil des Reagenzstopfens noch nicht herunterdrücken. Nachdem die Probe zum Puffer gegeben wurde, ist die Lösung vier (4) Stunden lang stabil.
- Messen** auf der Anzeige des QuikRead go Instruments wählen.
- Die Küvette in das Instrument einsetzen. Der Strichcode muss zu Ihnen zeigen, wie in Abbildung 11 dargestellt. Die Anzeige stellt dar, wie die Messung verläuft. Zuerst misst das Instrument die Blindprobe. Danach misst das Instrument die A-Streptokokken-Konzentration innerhalb 1–3 Minuten.
- Nach Abschluss der Messung wird das Ergebnis auf der Anzeige dargestellt und die Küvette fährt automatisch aus dem Küvettenfach.

Kontrollprobenanalyse (Abb. 5 bis 12)

Für die Kontrollprobenanalyse den Abstrichtupfer in das Extraktionsröhrchen geben. Zwei (2) Tropfen der Kontrolllösung auf den Boden des Extraktionsröhrchens geben. Für den weiteren Testverlauf wie unter "Probennahme und -vorbereitung" ab Punkt 5 beschrieben vorgehen.

Die Kontrollproben wie andere Proben analysieren, aber **Qualitätskontrolle** auf der Anzeige des Instruments auswählen. Das Ergebnis wird als Kontrollmessung gespeichert.

8 Qualitätskontrolle

Die regelmäßige Nutzung der gebrauchsfertigen Kontrollen, die im Lieferumfang des QuikRead go Strep A Kits enthalten sind, wird empfohlen.

Kommerziell verfügbare Kontrollen: Einsetzen der Kontrollen wie in der entsprechenden Gebrauchsinformation beschrieben. Sollten Sie flüssige Kontrollen benutzen, beachten Sie bitte die unterschiedliche Mengenaufnahme des Abstrichtupfers. Insbesondere nahe des cut-off Wertes kann es sich auf das Ergebnis auswirken. Die unterschiedliche Aufnahmekapazität betrifft nicht die Patientenproben, da diese nicht flüssig sind. Mit Kontrollflüssigkeit vorbehandelte Abstrichtupfer können aufgrund der Eigenschaften der verwendeten Tupfer zu ungenauen Ergebnissen führen.

9 Interpretation der Ergebnisse

Strep A Ergebnisse	Interpretation der Testergebnisse
Strep A positiv	Die Konzentration von A-Streptokokken-Antigen in der Probe entspricht einer Bakterienkonzentration von mindestens 7x10 ⁴ CFU/Abstrichtupfer.
Strep A negativ	Die Probe enthält keine messbare Konzentration von A-Streptokokken-Antigen.

Bei der Interpretation von Strep A Testergebnissen sollten stets die klinischen Symptome des Patienten und die klinischen Hintergrundinformationen berücksichtigt werden.

10 Einschränkungen des Verfahrens

Die Zuverlässigkeit der Testergebnisse hängt von einer sorgfältigen Probennahme und der genauen Einhaltung der in den Gebrauchsinformationen beschriebenen Testverfahren ab.
Der Test unterscheidet nicht zwischen akut infizierten Patienten und asymptomatischen Trägern. Niedrige Bakterienkonzentrationen in der Probe können u. U. ein negatives Ergebnis ergeben.

11 Erwartete Ergebnisse

Ein angemessener Schätzwert für das Vorliegen einer Infektion mit Streptokokken der Gruppe A liegt bei Erwachsenen mit akuter Pharyngitis bei 5 % bis 10 % und bei Kindern mit akuter Pharyngitis bei 20 % bis 25 %³. Bei gesunden Kindern und Erwachsenen sollte Streptococcus pyogenes nicht vorliegen. Es besteht jedoch die Möglichkeit asymptomatischer Träger des Bakteriums⁵.

12 Leistungsparameter

Sensitivität und Spezifität

Die klinische Wirksamkeit von QuikRead go Strep A wurde in einer multizentrischen Studie mit Proben von 279 Patienten untersucht. Der Strep A Rachenabstrich wurde mit dem Abstrichtupfer, dass im QuikRead go Strep A Kit vorhanden ist, in sechs Arztpraxen genommen. Alle Patienten wiesen Symptome einer Pharyngitis auf. Mit einem anderen Abstrichtupfer wurde ein Vergleichs-Rachenabstrich genommen, der für die Inokulation des Streptocult-Nährmediums verwendet wird. Nach der Inokulation wurde eine Bacitracin-Scheibe auf das Streptocult-Medium entsprechend der Gebrauchsanweisung angewendet. Die Streptocult-Scheibe wurde anschließend an ein Labor für Mikrobiologie zur weiteren Kultivierung und Identifizierung von Bakterien übermittelt. Auf der Scheibe wurde das Wachstum von Beta-hämolysierenden Streptokokken anhand von handelsüblichen Reagenzien zur Typisierung nachgewiesen. Darüber hinaus wurde die Wachstumsdichte und die Existenz von weiteren Beta-hämolysierenden Streptokokken (die nicht zur Gruppe A gehören) festgestellt. Der QuikRead go Strep A Test wurde mit dem Abstrichtupfer und in Übereinstimmung mit der im Kit enthaltenen Gebrauchsanweisung durchgeführt.

Der Test erkennt Bakterienkonzentrationen von 7x10⁴ CFU / Abstrichtupfer. Deshalb wurden Streptocult Kulturen mit weniger als 10 Kolonien Streptokokken der Gruppe A ausgeschlossen, um die Sensitivität und Spezifität des Tests zu berechnen. Streptocult Kulturen mit 10 oder mehr Kolonien Gruppe A Streptokokken auf der Folie waren positiv.

Tabelle 1.	Kultur positiv	Kultur negativ
QuikRead go Strep A positiv	74	5
QuikRead go Strep A negativ	15	177
Sensitivität	83 % (73,7-90,2 %)*	
Spezifität	97 % (93,7-99,1 %)*	
Übereinstimmung	93 %	
PPV	94 %	
NPV	92 %	
* 95 % Vertrauensintervall		

Bei der Ermittlung der Sensitivität des QuikRead go Strep A Tests auf Grundlage der Dichte der Streptokokkenkolonien aus Gruppe A auf den Scheiben ergaben sich die folgenden Ergebnisse:

Tabelle 2.	Sensitivität / Anzahl der CFU			
Sensitivität nach Anzahl der Kolonien	< 10	≥ 10	≥ 51	≥ 100
	12,5 %	83,1 %	91,0 %	95,5 %

Reproduzierbarkeit

Die Reproduzierbarkeit wurde anhand einer Analyse von drei Proben mit unterschiedlichen Strep A Konzentrationen, täglich und über einen Zeitraum von fünf Tagen, getestet. Eine der Proben enthielt kein A-Streptokokken-Antigen (negativ), eine Probe enthielt eine niedrige Konzentration von A-Streptokokken-Antigen (schwach positiv), und eine Probe enthielt eine hohe Konzentration von A-Streptokokken-Antigen (stark positiv).

Tabelle 3.	Reproduzierbarkeit von QuikRead go Strep A									
	Tag 1		Tag 2		Tag 3		Tag 4		Tag 5	
	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2
Negativ	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Schwach positiv	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.
Stark positiv	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.

Die Ergebnisse deuten auf eine hohe Reproduzierbarkeit hin.

Interferierende Substanzen

Kreuzreaktivität

Getesteter Organismus	Bakterienstamm	Kreuzreaktivität
Streptococcus B	ATCC 12386	Auf Grundlage der Testergebnisse ist davon auszugehen, dass die fraglichen Organismen, die möglicherweise im Mund vorhanden sind, keine Kreuzreaktivität im QuikRead go Strep A Test verursachen.
Streptococcus C	ATCC 12388	
Streptococcus F	ATCC 12392	
Streptococcus G	ATCC 12394	
Staphylococcus aureus (Cowan)	ATCC 12598	
Candida albicans	ATCC 14053	
Neisseria sicca	ATCC 29259	
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	
Haemophilus influenzae type B	ATCC 9795	
Streptococcus pneumonia	ATCC 6303	
Moraxella catarrhalis	ATCC 25238	

Antigen-Excess

Beim Testen von Proben mit außergewöhnlich hohen Konzentrationen von *Streptococcus pyogenes* (10⁹ CFU/ml) wurde kein Antigen-Excess festgestellt.

Messbereich

Der Test erkennt Bakterien in Mengen, die 7x10⁴ CFU/Abstrichtupfer entsprechen.

13 Nachweisbarkeit

QuikRead go Strep A wurde mit Referenzmaterial aus dem *Streptococcus pyogenes*-Stamm ATCC 19615 getestet.

14 Empfehlungen für die Abfallbeseitigung

- Die Entsorgung aller Proben und Testmaterialien muss in Übereinstimmung mit den nationalen und lokalen Gesetzen erfolgen.
- Alle Patientenproben, Probennehmer, Kontrollen, benutzte Kapillaren, Reagenzstopfen, Küvetten und Stifte sollten vorsichtshalber wie infektiöses Material behandelt und entsorgt werden.
- Materialien der Komponenten für die QuikRead go Kits:
 - Papier: Bedienungsanleitung
 - Karton: Kit-Box mit Innenteilen
 - Kunststoff: Küvetten, Reagenzstopfen, Folienbeutel des Küvettenständers, Küvettenständer, Stifte, Extraktionsfläschchen und Röhrchen, Stift- und Kapillarröhrchen, Abstrichtupfer
 - Glas: Kapillaren
 - Metall: Aluminiumröhrchen mit den Reagenzstopfen, Folienverschluss der Küvette, Drehverschluss von den Stifte- und Kapillarbehältern
 - Nicht recyclebar: Verschluss des Reagenzstopfen-Röhrchens
- Wird der Test in Übereinstimmung mit der Good Laboratory Practice, unter guten Hygienebedingungen und nach den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung verwendet, stellen die Reagenzien keine Gefahr für die Gesundheit dar.

15 Fehlerdiagnose

Fehlermeldungen

Fehlermeldungen des QuikRead go Instruments sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Weitere Informationen über Fehlermeldungen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum QuikRead go Instrument.

Fehlermeldungen	Korrekturmaßnahme
Falsch positionierte Küvette. Küvette entfernen.	Küvette entfernen und in richtiger Position erneut einsetzen.
Messung nicht möglich. Bitte Reagenzstopfen prüfen.	Prüfen, dass die Küvette einen Reagenzstopfen hat und der innere pinkfarbene Teil des Stopfens nicht heruntergedrückt ist.
Messung nicht möglich. Kit abgelaufen.	Abgelaufenes Kit entsorgen. Neues Kit verwenden.
Messung nicht möglich. Temperatur der Küvette zu niedrig.	Küvette auf Raumtemperatur erwärmen (18...25°C). Küvette nochmal testen.
Messung nicht möglich. Temperatur der Küvette zu hoch.	Küvette auf Raumtemperatur (18...25°C) abkühlen lassen. Küvette nochmal testen.
Test abgebrochen. Wert der Blindprobe zu hoch.	Testen Sie dieselbe Küvette nochmal. Die Blindprobenuntersuchung ist nicht abgeschlossen oder die Probe enthält störende Substanzen. Im letzten Fall kann der Test nicht vollständig abgeschlossen werden.
Test abgebrochen. Wert der Blindprobe instabil.	
Test abgebrochen. Fehler bei Zugabe von Reagenz.	Führen Sie einen neuen Test durch. Problem bei Zugabe von Reagenz. Sicherstellen, dass der Stopfen richtig geschlossen ist.
Test abgebrochen. Instrumentenfehler.	Neuen Test durchführen. Wenn sich die Meldung häufig wiederholt, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Händler oder mit dem Kundenservice auf.
Fehlercode xx. Bitte das Instrument erneut anschalten.	Das Instrument erneut anschalten. Wenn sich die Fehlermeldung wiederholt, kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Kundenservice und nennen Sie den Fehlercode.
Fehlercode xx. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice.	Nehmen Sie mit Ihrem Händler oder dem Kundenservice Kontakt auf und nennen Sie den Fehlercode.


Unerwartete negative oder positive Ergebnisse

Mögliche Gründe für unerwartete Ergebnisse werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Mögliche Ursache	Korrekturen
Proben, die nicht wie in der Anleitung beschrieben gewonnen wurden, können nur geringe Konzentrationen von oder gar keine Streptokokken-Bakterien der Gruppe A enthalten und somit zu einem falsch negativen Ergebnis führen.	Neue Probennahme durchführen. Sicherstellen, dass die Probe von beiden Rachenmandeln und/oder vom hinteren Rachenraum genommen wird.
Wenn der Abstrichtupfer die Wangeninnenseite, das Zahnfleisch oder die Zunge berührt, kann die Probe interferierendes Material enthalten und zu einem falsch Ergebnis führen.	Neue Probennahme durchführen. Sicherstellen, dass die Probe von beiden Rachenmandeln und/oder vom hinteren Rachenraum genommen wird.
Die Verwendung von Abstrichtupfern, die nicht im Lieferumfang des QuikRead go Strep A Kits enthalten sind, kann zu einem falsch Ergebnis führen.	Führen Sie eine neue Probennahme durch mit einem QuikRead go Strep A HydraFlock Abstrichtupfer.
Die Verwendung von Extraktionsröhrchen, die nicht im Lieferumfang des QuikRead go Strep A Kits enthalten sind, kann zu einem falsch negativen Ergebnis führen.	Test nochmals durchführen. Sicherstellen, dass ein Extraktionsröhrchen verwendet wird, das im Lieferumfang des Kits enthalten ist.
Das Mischen von Reagenzien/Abstrichtupfern, die für unterschiedliche Tests vorgesehen sind und/oder aus unterschiedlichen Chargen stammen, kann zu einem falsch Ergebnis führen.	Test nochmals durchführen. Sicherstellen, dass alle Reagenzien aus derselben Reagenzpackung stammen.
Die Lagerung von Reagenzien bei ungeeigneten Temperaturen kann zu einem falsch Ergebnis führen.	Test nochmals durchführen. Sicherstellen, dass die Reagenzien gemäß der Gebrauchsinformation gelagert wurden.
Eine Verschmutzung des optischen Teils der Küvette kann zu einem falsch positiven Ergebnis führen.	Test nochmals durchführen. Die klare Oberfläche im unteren Teil der Küvette nicht berühren.
Wird die Probe zu lange am Abstrichtupfer oder in der Lösung belassen, kann dies zu einem falschen Ergebnis führen.	Test nochmals durchführen. Die in der Anleitung beschriebenen zeitlichen Beschränkungen beachten.

136262-7

- English
- German
- French
- Italian











QuikRead go[®]

Strep A

Réalisation du test • Procedura

Prélèvement et préparation de l'échantillon
Raccolta e preparazione del campione



1

Application

QuikRead go® Strep A est un test qualitatif de détection du *Streptococcus pyogenes* (streptocoque du groupe A) effectué à partir de prélèvements de gorge lorsqu'une pharyngite à streptocoque A (angine) est suspectée. Le test est effectué grâce à l'analyseur QuikRead go®. Pour diagnostic *in vitro*.

2

Résumé et explication du test

Un mal de gorge est généralement dû à une inflammation provoquée par une infection virale ou bactérienne. Il s'agit là d'une bonne raison de consulter un médecin^{1,2,3,4}. La cause bactérienne la plus probable est le *Streptococcus pyogenes*, qui engendre un mal de gorge et est observé le plus souvent chez les enfants d'âge scolaire et les jeunes adultes^{2,3,5}. Un mal de gorge streptococcique de groupe A dure généralement moins de 10 jours. Les patients sont contagieux au moment où se manifestent les symptômes et pendant une semaine après environ^{1,3}. Les antibiotiques réduisent la durée des symptômes^{1,6}. Les symptômes d'un mal de gorge streptococcique de groupe A sont semblables à ceux d'un mal de gorge dû à d'autres agents^{2,4}. C'est la raison pour laquelle un mal de gorge streptococcique de groupe A ne peut pas être diagnostiqué de manière certaine en s'intéressant uniquement aux symptômes. Les données cliniques et épidémiologiques doivent être étayées par des tests en laboratoire^{2,3,4}.

3

Principe opérationnel

QuikRead go Strep A est un test immunoturbidimétrique utilisant des microparticules recouvertes d'anticorps anti-Strep A de lapin. Les antigènes Strep A présents dans l'échantillon réagissent avec les microparticules et le changement de turbidité de la solution résultant est mesuré par l'appareil QuikRead go. L'échantillon est prélevé à l'aide d'un dispositif de collecte stérile floqué HydraFlock® (appelé plus tard écouvillon floqué HydraFlock) au niveau de la gorge et traité dans un tube d'extraction séparé. Durant l'extraction, la bactérie présente dans l'échantillon se scinde et l'antigène analysé est libéré dans le tampon. Une fois l'extraction terminée, l'écouvillon est placé dans une cuvette pré-remplie et l'antigène peut être libéré dans la solution en remuant vigoureusement la cuvette pré-remplie. Les changements de couleur conformes à la notice d'utilisation indiquent que l'extraction et la neutralisation se sont correctement déroulées. Les données de calibration du test figurent sur le code-barres de l'étiquette de la cuvette. L'analyseur QuikRead go lit automatiquement ces données avant le démarrage du test.

4

Réactifs

Contenu du coffret

Composant nom et origine	Symbole	QuikRead go® Strep A N°réf. 135883 50 tests
Bouchons réactifs Strep A ORIGRAB	REAGCPS	2 x 25
Cuvettes pré-remplies avec tampon	BUF	2 x 25 x 0,8 ml
Réactif d'extraction 1	REAGEXTR1	1 x 6 ml
Réactif d'extraction 2	REAGEXTR2	1 x 6 ml
Tubes d'extraction	TUBEEXTR	50
Contrôle positif	CONTROL+	1 x 1 ml
Contrôle négatif	CONTROL-	1 x 1 ml
Dispositif de collecte floqué stérile HydraFlock (Puritan Medical Products Company LLC, REF 25-3406-H)	SWAB	50
Mode d'emploi		

Les réactifs contiennent de l'azide de sodium.
Le réactif d'extraction 1 contient de l'acide acétique et le réactif d'extraction 2 contient du nitrite de sodium. Consulter le chapitre 5 "Avertissements et précautions".

Stockage du réactif

Réactif	Conservation à 2...8°C	Conservation à 18...25°C
Bouchons réactifs, réactifs d'extraction et contrôles dans des tubes/flacons non ouverts	Jusqu'à la date de péremption indiquée sur le tube/flacon de réactif	Jusqu'à la date de péremption indiquée sur le tube/flacon de réactif
Bouchons réactifs, réactifs d'extraction et contrôles après première ouverture	12 mois	12 mois
Cuvettes pré-remplies dans un sachet non ouvert	Jusqu'à la date de péremption indiquée sur le sachet de la cuvette	Jusqu'à la date de péremption indiquée sur le sachet de la cuvette
Cuvettes pré-remplies dans un sachet après ouverture	6 mois	3 mois
Cuvette pré-remplie ouverte	2 heures	2 heures

Inscrire la date d'ouverture du sachet sur le rack des cuvettes.

Préparation du réactif et conditions de stockage

Tous les réactifs sont prêts à l'emploi. Protéger les bouchons réactifs Strep A de l'humidité. Fermer soigneusement le tube aluminium immédiatement après avoir sorti le nombre de bouchons réactifs nécessaire.

Détérioration du réactif

Ne pas utiliser de cuvette en présence de saleté visible dans le tampon.

5

Avertissements et précautions

Informations concernant la santé et la sécurité

- Pour diagnostic *in vitro*.
- Ne pas fumer, manger ou boire dans les locaux où des échantillons ou les réactifs du kit sont manipulés. Porter des vêtements de protection et des gants de protection jetables lors de la manipulation des échantillons patient et des réactifs du kit. Se laver soigneusement les mains après la réalisation du test.
- Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Après contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Ne pas inhaler la vapeur.
- Tous les échantillons patient et les contrôles doivent être manipulés comme des matériaux potentiellement infectieux.
- Les réactifs lyophilisés contiennent <1 % d'azide de sodium, concentration à laquelle il est nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (Aquatic Chronic 3, H412). Eviter le rejet dans l'environnement

- (P273). Éliminer le contenu conformément aux réglementations nationales et locales en vigueur (P501).
- Les réactifs reconstitués et les réactifs liquides contiennent <0,1 % d'azide de sodium, concentration à laquelle il n'est pas nocif.
- L'azide de sodium libère des gaz toxiques lorsqu'il est en contact avec des acides. Les azides peuvent former des composés explosifs avec le métal des canalisations. Pour cette raison, rincer abondamment avec de l'eau lors de l'élimination des réactifs.
- Réactif d'extraction 2 contient du nitrite de sodium, qui est nocif en cas d'ingestion (Acute Tox. 4, H302). Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit (P270). **EN CAS D'INGESTION:** Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise (P301+P312). Éliminer le contenu conformément aux réglementations nationales et locales en vigueur (P501).
 - Destruction: voir le chapitre 14.



Attention

Précautions pour l'analyse

- Ne mélangez pas des réactifs provenant de numéros de lot différents.
- Utilisez uniquement les écouvillons floqués HydraFlock fournis avec le kit de réactifs QuikRead go Strep A. L'utilisation d'autres écouvillons peut avoir une incidence sur le test.
- Lors de la première ouverture du kit réactif, s'assurer que les sachets protégeant les cuvettes sont intacts. Si un sachet est endommagé, ne pas utiliser les cuvettes à l'intérieur de celui-ci. En plus, toujours s'assurer avant l'utilisation d'une cuvette que la feuille de scellage soit intacte.
- Ne pas toucher les surfaces planes au bas de la cuvette avec les doigts (partie optique). Jeter les cuvettes présentant des traces de doigt.
- Protéger les bouchons réactifs QuikRead go Strep A de l'humidité. Refermer le tube aluminium immédiatement après avoir sorti le nombre nécessaire de bouchons réactifs.

6 Prélèvement et préparation des échantillons

Echantillon, prélèvement et stockage

Echantillon	Sécrétion prélevée sur les amygdales à l'aide d'un écouvillon fourni avec le kit.
Prélèvement	L'écouvillon est prélevé sur les amygdales, des deux côtés de la gorge et/ou au fond de la gorge. Éviter de toucher d'autres parties de la bouche.
Stockage	L'écouvillon peut être stocké 48 heures, entre 2 et 25°C, avant analyse.

7 Procédure

Matériel nécessaire mais non fourni

	N°réf.
Analyseur QuikRead go® avec le logiciel version 4.1 ou ultérieure	133893

Réalisation du test

Ouvrir le sachet protégeant le rack des cuvettes et inscrire la date d'ouverture sur le rack.

Prélèvement et préparation de l'échantillon (Fig. 1–8)

- 1 Une cuvette pré-remplie doit être ramenée à température ambiante (18...25°C) avant utilisation. Il faut compter 15 minutes pour qu'une cuvette réfrigérée (2...8°C) atteigne la température ambiante. Ne pas toucher les surfaces planes au bas de la cuvette avec les doigts (partie optique). Retirer la feuille de scellage de la cuvette. Éviter les éclaboussures de liquide. La présence de tampon condensé sur la feuille de scellage n'a pas d'influence sur les résultats. L'analyse doit être effectuée dans les deux heures suivant l'ouverture de la cuvette.
- 2 Prenez un écouvillon floqué HydraFlock stérilisé dans son étui. Demander au patient d'ouvrir sa bouche, pousser la langue vers le bas à l'aide d'un abaisse-langue et commencer le prélèvement de l'échantillon.
- 3 Penser à prélever l'échantillon sur les amygdales, des deux côtés de la gorge. Lors du prélèvement, le fait de faire tourner l'écouvillon permet d'obtenir un échantillon représentatif.
- 4 Placer l'écouvillon dans le tube d'extraction fourni avec le kit.
- 5 Ajouter deux (2) gouttes du réactif d'extraction 1 incolore dans le tube, puis deux (2) gouttes du réactif d'extraction 2 de couleur rouge. La solution devient jaune orangé.
- 6 Faire tourner l'écouvillon dans la solution durant 30 secondes, puis le laisser dans la solution entre 90 secondes et 15 minutes.
- 7 Retirer l'écouvillon du tube d'extraction et l'insérer dans la cuvette pré-remplie en transférant la plus grande quantité de liquide possible, et remuer vigoureusement. La solution devient rouge. Ce changement de couleur indique la neutralisation de la solution d'extraction et le transfert de l'échantillon dans la solution. Remarque : si une grande quantité de liquide reste dans le tube d'extraction, la verser dans la cuvette. Voir point 8.
- 8 Retirer l'écouvillon du liquide et le presser légèrement contre la paroi interne de la cuvette de façon à libérer tout le liquide pour la mesure. Prendre soin de ne pas renverser de solution sur la surface externe de la cuvette. Jeter l'écouvillon. Verser tout liquide excédentaire du tube d'extraction dans la cuvette. Ne pas poursuivre si la solution reste jaune orangé (indiquant l'acidité de la solution; voir chapitre "Avertissements et précautions – azide de sodium").

Analyse de l'échantillon (Fig. 9–12)

Voir le manuel d'utilisation de l'analyseur QuikRead go pour des instructions détaillées. L'affichage de l'appareil vous guide lors de l'exécution du test.

- 9 Bien fermer la cuvette avec un bouchon réactif Strep A. Ne pas enfoncer la partie interne rose du bouchon réactif. Une fois que l'échantillon a été ajouté au tampon, la solution reste stable pendant quatre heures.
- 10 Sélectionner **Mesure** sur l'écran de l'analyseur QuikRead go.
- 11 Insérer la cuvette dans l'analyseur. Le code-barres doit vous faire face, comme indiqué à la figure 11. L'affichage indique l'évolution de la mesure. Dans un premier temps, l'analyseur mesure le blanc. Ensuite, il mesure la concentration Strep A en 1–3 minutes.
- 12 Lorsque la mesure est terminée, le résultat est affiché à l'écran et la cuvette ressort automatiquement de la cellule de mesure.

Analyse du contrôle (Fig. 5–12)

Commencer l'analyse du contrôle en plaçant l'écouvillon dans le tube d'extraction. Ajouter deux (2) gouttes de contrôle au fond du tube d'extraction. Continuer la manipulation à partir de la section 5 du chapitre «Prélèvement et préparation de l'échantillon».

L'analyse des échantillons de contrôle s'effectue de la même manière que les autres échantillons mais sélectionner **Contrôle qualité** sur l'affichage de l'analyseur. Le résultat sera mémorisé en tant que mesure de contrôle.

8 Contrôle de qualité

Nous recommandons d'utiliser régulièrement les contrôles prêts à l'emploi fournis avec le kit QuikRead go Strep A.

Contrôles disponibles sur le marché: A utiliser suivant les instructions de chaque contrôle. Lorsque des contrôles liquides sont utilisés, il est important de noter que la capacité d'absorption variable affecte la quantité de bactéries transférées vers l'écouvillon. Cela peut avoir une incidence sur le résultat, notamment dans le cas d'échantillons proches de la valeur limite. La capacité d'absorption variable n'affecte pas les échantillons non liquides. Les écouvillons prétraités avec des contrôles peuvent fournir des résultats inexacts, en raison des propriétés de écouvillon utilisé.

9 Interprétation des résultats

Résultat test Strep A	Interprétation du résultat
Strep A positif	La concentration d'antigènes streptococciques de groupe A dans l'échantillon correspond à la concentration bactérienne de minimum 7x10 ⁴ UFC/l'écouvillon.
Strep A négatif	La concentration de l'échantillon en antigènes streptococciques de groupe A n'est pas mesurable.

Lors de l'interprétation des résultats du test Strep A, l'historique et les symptômes cliniques du patient doivent toujours être pris en compte.

10 Limites de la procédure

Afin d'obtenir des résultats fiables, il est nécessaire de procéder à un prélèvement d'échantillon correct et à un bon suivi du test, tel que spécifié dans la notice d'utilisation.

Le test ne fait pas la distinction entre les individus fortement infectés et les porteurs asymptomatiques. De faibles concentrations bactériennes dans l'échantillon peuvent révéler un résultat négatif.

11 Valeurs attendues

En moyenne, 5 à 10 % de la population adulte souffrant d'une pharyngite aiguë est atteinte d'une infection à streptocoque A. Chez les enfants, le pourcentage se situe entre 20 et 25 %³. Les sujets sains ne devraient pas être affectés par le *Streptococcus pyogenes*. Cependant, il n'est pas impossible que certaines personnes soient porteuses asymptomatiques de cette bactérie⁵.

12 Performances

Sensibilité et spécificité

Les performances cliniques du test QuikRead go Strep A ont été évaluées dans le cadre d'une étude multi-centrique d'échantillons prélevés chez 279 patients. L'échantillon de streptocoque A provenant de la gorge a été prélevé à l'aide de l'écouvillon fourni avec le kit QuikRead go Strep A dans six cabinets médicaux. Tous les patients ont indiqué des symptômes de pharyngite.

Le prélèvement de gorge de comparaison a été recueilli au moyen d'un autre écouvillon et utilisé pour inoculer le milieu de culture Streptocult. Après inoculation, un disque de bacitracine a été appliqué sur le milieu de culture Streptocult comme décrit dans le mode d'emploi. La lame gélosée Streptocult a ensuite été envoyée à un laboratoire de microbiologie pour la culture et l'identification de bactéries. Des colonies de streptocoques β-hémolytiques proliférant sur la lame gélosée ont été confirmées au moyen de réactifs de typage disponibles dans le commerce. La densité de prolifération et la présence de streptocoques β-hémolytiques autres que du groupe A ont également été enregistrées. Le test QuikRead go Strep A a été réalisé sur l'écouvillon conformément au mode d'emploi contenu dans le kit.

Le test détecte les bactéries pour une quantité correspondante à 7x10⁴ UFC/écouvillon. Par conséquent, les cultures Streptocult contenant moins de 10 colonies de streptocoques du groupe A ont été écartées lors du calcul de la sensibilité et de la spécificité.

Les cultures Streptocult contenant 10 colonies ou plus de streptocoques du groupe A sur la lame gélosée ont été considérées positives.

Tableau 1.	Culture positif	Culture négatif
QuikRead go Strep A positif	74	5
QuikRead go Strep A négatif	15	177
Sensibilité	83 % (73,7-90,2 %)*	
Spécificité	97 % (93,7-99,1 %)*	
Concordance	93 %	
VPP	94 %	
VPN	92 %	
* intervalle de confiance 95 %		

Lorsque la sensibilité du test QuikRead go Strep A a été rapportée sur la base de la densité de colonies de streptocoques du groupe A sur les lames gélosées, les résultats suivants ont été obtenus:

Tableau 2.	Sensibilité / Nombre de UFC			
Sensibilité sur la base du nombre de colonies	< 10	≥ 10	≥ 51	≥ 100
	12,5 %	83,1 %	91,0 %	95,5 %

Reproductibilité

La reproductibilité a été testée par l'analyse de trois échantillons contenant différentes concentrations de streptocoques A, et ce quotidiennement pendant cinq jours. L'un des échantillons ne contenait aucun antigène streptococcique de groupe A (négatif), le deuxième contenait une faible concentration de cet antigène (faiblement positif), et le troisième échantillon en contenait une grande quantité (hautement positif).

Tableau 3.	Reproductibilité de QuikRead go Strep A									
	Jour 1		Jour 2		Jour 3		Jour 4		Jour 5	
	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2
Négatif	nég.	nég.	nég.	nég.	nég.	nég.	nég.	nég.	nég.	nég.
Faiblement positif	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.
Hautement positif	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.

Les résultats indiquent une forte reproductibilité du test.

Substances interférentes

Réactivité croisée

Organisme testé	Souche bactérienne	Réactivité croisée
<i>Streptococcus B</i>	ATCC 12386	En nous appuyant sur les résultats, nous pouvons estimer que les organismes en question, éventuellement détectés dans la bouche du patient, n'engendrent aucune réactivité croisée dans le test QuikRead go Strep A.
<i>Streptococcus C</i>	ATCC 12388	
<i>Streptococcus F</i>	ATCC 12392	
<i>Streptococcus G</i>	ATCC 12394	
<i>Staphylococcus aureus (Cowan)</i>	ATCC 12598	
<i>Candida albicans</i>	ATCC 14053	
<i>Neisseria sicca</i>	ATCC 29259	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	
<i>Haemophilus influenzae type B</i>	ATCC 9795	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC 6303	
<i>Moraxella catarrhalis</i>	ATCC 25238	

Excès d’antigène

Aucun excès d’antigène n’a été détecté durant le test des échantillons dans lesquels les niveaux de *Streptococcus pyogenes* étaient exceptionnellement élevés (10⁹ UFC/ml).

Domaine de mesure

Le test détecte la bactérie selon des quantités correspondant à 7x10⁴ UFC/écouvillon.

13 Traçabilité

QuikRead go Strep A a été testé en s’appuyant sur du matériel de référence produit à partir d’une souche de *Streptococcus pyogenes* ATCC 19615.

14 Mise au rebut

- Mettre le contenu au rebut conformément aux lois nationales et locales.
- Tous les échantillons de patients, les bouchons usagés, les cuvettes, les tubes capillaires et les pistons doivent être manipulés et mis au rebut comme des matières potentiellement infectieuses.
- Matériaux des composants des kits QuikRead go:
Papier: Mode d’emploi
Carton: Emballage du kit
Plastique: Cuvettes, bouchons de réactif, feuille couvrant le rack de cuvettes, rack de cuvettes, pistons, tubes contenant les capillaires et les pistons, ecouvillons
Verre: Capillaires
Métal: Tubes contenant les bouchons réactifs, couvercles des cuvettes, pistons et bouchons des tubes capillaires
A ne pas recycler: Couvercles des tubes contenant les bouchons réactifs
- S’ils sont utilisés conformément aux Bonnes Pratiques de Laboratoire, dans un environnement propre et suivant le mode d’emploi, les réactifs fournis ne devraient pas présenter un danger pour la santé.

15 Résolution des problèmes

Messages d’erreur

Les messages d’erreur de l’analyseur QuikRead go sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Pour plus d’informations sur les messages d’erreur, consulter le manuel d’utilisation de l’analyseur QuikRead go.




Messages d’erreur	Action corrective
La position de la cuvette n’est pas correcte. Veuillez retirer la cuvette.	Retirer la cuvette et la réintroduire dans la position correcte.
Mesure interdite. Veuillez contrôler le bouchon réactif.	Vérifier que la cuvette a un bouchon réactif et que la partie interne rose du bouchon n’est pas enfoncée.
Mesure interdite. Le kit a expiré.	Jeter le kit expiré. Utiliser un nouveau kit.
Mesure interdite. La température de la cuvette est trop basse.	Laisser réchauffer la cuvette à température ambiante (18...25°C). Tester la même cuvette à nouveau.
Mesure interdite. La température de la cuvette est trop élevée.	Laisser refroidir la cuvette à température ambiante (18...25°C). Tester la même cuvette à nouveau.
Test annulé Blanc trop élevé.	Tester la même cuvette à nouveau. Le processus de blanc n’a pas été complété ou l’échantillon contient des substances interférentes. Dans ce dernier cas, le test ne peut pas être effectué.
Test annulé. Blanc instable.	
Test annulé. Erreur dans l’ajout des réactifs.	Effectuer un nouveau test. Problèmes lors de l’ajout de réactif. S’assurer que le bouchon est bien fermé.
Test annulé. Panne d’appareil.	Effectuer un nouveau test. Si ce message apparaît fréquemment, contacter le service clients.
Code d’erreur xx. Veuillez redémarrer QuikRead go.	Redémarrer l’appareil. Si ce message d’erreur s’affiche fréquemment, contacter le service clients et donner le code d’erreur.
Code d’erreur xxx. Veuillez contacter le service clients.	Contactez le service clients et donnez le code d’erreur.

Résultats négatifs ou positifs inattendus

Les raisons possibles pour des résultats inattendus sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.

Cause possible	Action corrective
Les échantillons n’ayant pas été prélevés conformément à la notice d’utilisation peuvent contenir pas ou peu de bactéries streptococciques de groupe A et révéler ainsi un résultat négatif incorrect.	Prélever un nouvel échantillon. S’assurer que l’échantillon est prélevé sur les amygdales et/ou au fond de la gorge.
Si l’écouvillon touche les joues, les gencives ou la langue, l’échantillon peut contenir des substances interférentes, révélant ainsi un résultat incorrect.	Prélever un nouvel échantillon. S’assurer que l’échantillon est prélevé sur les amygdales et/ou au fond de la gorge.
L’utilisation d’écouvillons autres que ceux fournis avec le kit QuikRead go Strep A peut révéler un résultat incorrect.	Prélever un nouvel échantillon en utilisant un écouvillon floqué Hydra-Flock fourni avec le kit QuikRead go Strep A.
L’utilisation de tubes d’extraction autres que les tubes QuikRead go Strep A fournis avec le kit peut révéler un résultat négatif incorrect.	Effectuer un nouveau test. S’assurer d’utiliser un tube d’extraction fourni avec le kit.
Le mélange de réactifs provenant de lots différents et/ou des écouvillons destinés à des tests différents peut entraîner un résultat incorrect.	Effectuer un nouveau test. S’assurer que tous les réactifs sont issus du même lot.
Le stockage des réactifs à une température inappropriée peut révéler un résultat incorrect.	Effectuer un nouveau test. S’assurer que les réactifs ont été stockés conformément à la notice d’utilisation.
La présence de saletés sur la surface de la cuvette peut révéler un résultat positif incorrect.	Effectuer un nouveau test. Ne pas toucher les surfaces planes au bas de la cuvette.
Le fait de laisser l’échantillon trop longtemps sur l’écouvillon ou dans la solution peut révéler un résultat incorrect.	Effectuer un nouveau test. Suivre les délais indiqués dans la notice d’utilisation.

Analyse de l'échantillon • Analisi del campione



Measure		RESULT
Strep A:		POSITIVE
Patient ID:	XXXXXXXX	
Measurement time:	2011-11-11 12:19	
Test:	Strep A	Result info
i Choose Result info to view result information. Remove cuvette to perform a new measurement.		
Exit	Print	New measurement

Références • Referenties

1. Del Mar CB, Glasziou PP, Spinks AB. Antibiotics for sore throat (Cochrane review). In: The Cochrane library, Issue2, 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd.
2. Bisno AL, Peter GS, Kaplan EL. Diagnosis of Strep throat in adults: Are Criteria Really Good Enough? Clin Infect Dis 2002; 35:126-9.
3. Ebel MH, Smith MA, Barry HC, Ives K, Carey M. The rational clinical examination. Does This Patient Have Strep A Throat? JAMA 2000; 284:2912-18.
4. Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM Jr, Kaplan EL, Schwartz RH. Practise Guidelines for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis. CID 2002; 35:113-25.
5. Cunningham MW. Pathogenesis of group A Streptococcal Infections. Clin microbial Rev 2000; 13(3):470-511.
6. Snellman LW, Stang HJ, Stang JM, Johnson DR, Kaplan EL. Duration of Positive Throat Cultures for Group A Streptococci After initiation of Antibiotic Therapy. Pediatrics, 1993; 91:1166-70.
7. Data on file, Aidian Oy.

Explication des symboles • Spiegazione dei simboli

	Français	Italiano
IVD	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>	Dispositivo medico-diagnostico <i>in vitro</i>
REF	Référence du catalogue	Riferimento di Catalogo
LOT	Code de lot	Codice di lotto
	Utiliser jusqu'à	Utilizzare entro
	Stabilité du flacon ouvert: 12 mois	Periodo di validità dopo 12 mesi dall'apertura
	Ne pas réutiliser	Non riutilizzare
	Ne pas ut il iser si l'emballage est endommagé	Non ut ilizzare se la confezione è danneggiata
	Limites de température	Limiti di temperatura
	Consulter la notice d'utilisation	Consultare le istruzioni per l'uso
	Fabricant	Produttore
	Suffisant pour	Sufficiente per
STERILE EO	Méthode de stérilisation utilisant de l'oxyde d'éthylène	Sterilizzato mediante ossido di etilene
EC REP	Mandataire dans la Communauté européenne	Mandatario nella Comunità Europea
	Importateur	Importatore
	Distributeur	Distributore
CONT	Contenu	Contenuto
REAG CPS	Bouchons réactifs Strep A	Capsule di reagente Strep A
BUF	Tampon	Soluzione tampone
REAG EXTR 1	Réactif d'extraction 1	Reagente per estrazione 1
REAG EXTR 2	Réactif d'extraction 2	Reagente per estrazione 2
TUBE EXTR	Tubes d'extraction	Provette per estrazione
CONTROL +	Contrôle positif	Controllo positivo
CONTROL -	Contrôle négatif	Controllo negativo
SWAB	Ecouvillons	Tamponi
ORIG RAB	Origine: lapin	Origine: coniglio
Ag	Antigène	Antigene
CONT NaN₃	Contient de l'azide de sodium	Contiene sodio azide
CONT NaNO₂ < 25%	Contient du nitrite de sodium < 25 %	Contiene sodio nitrito < 25%

Tampon / Soluzione tampone

Puritan Medical Products Company LLC
31 School Street, Guilford, Maine 04443-0149, USA

EC REP Emergo Europe
The Hague, The Netherlands

CE
2797
MDD 93/42/EEC

QuikRead go® est une marque déposée de Aidian Oy.
QuikRead go® è un marchio registrato da Aidian Oy.



AIDIAN

Aidian Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B
P.O. Box 83, FI-02101 Espoo, Finland
www.aidian.eu, www.quikread.com



1

Finalità d'uso

QuikRead go® Strep A è un test qualitativo per la rilevazione della presenza di *Streptococcus pyogenes* (Strep A) in campioni prelevati in faringe in caso di sospetta faringite da streptococco A (tonsillite). Il test viene eseguito usando QuikRead go® Instrument. Esclusivamente per uso diagnostico *in vitro*.

2

Riepilogo e spiegazione del test

La faringite è generalmente causata da una risposta infiammatoria a un'infezione virale o batterica e rappresenta una causa frequente di consulto del medico^{1,2,3,4}. Il batterio più spesso implicato in questa patologia è lo *Streptococcus pyogenes*, responsabile della faringite che colpisce soprattutto i bambini in età scolare e i adolescenti^{2,3,5}. In genere, la faringite da streptococco A ha una durata inferiore a 10 giorni e l'infettività del paziente permane nel periodo della sintomatologia e poi per una settimana circa^{1,3}. L'antibioticoterapia riduce la durata della sintomatologia^{1,6}. La sintomatologia della faringite da streptococco A non differisce in modo significativo da quella della faringite di altra eziologia^{2,4}. Quindi, di per sé, la sintomatologia non permette di formulare una diagnosi accurata di faringite da streptococco A e i dati clinici ed epidemiologici devono essere supportati da test di laboratorio^{2,3,4}.

3

Principi della procedura

Il QuikRead go Strep A è un test immunoturbidimetrico che utilizza microparticelle coattate con anticorpi anti Strep A di coniglio. Gli antigeni di Strep A presenti nel campione reagiscono con le microparticelle e il cambiamento risultante nella torbidità della soluzione è misurato dal QuikRead go Instrument.

Il tampone faringeo è raccolto tramite il dispositivo “HydraFlock® sterile flocked” (più avanti chiamato Tampone HydraFlock) e processato in una fiala di estrazione separata. Durante l'estrazione, i batteri presenti nel campione si scindono e l'antigene per il test viene rilasciato sul tampone. Una volta terminata l'estrazione, il tampone viene posto in una provetta pre-riempita e l'antigene viene rilasciato nella soluzione facendo roteare vigorosamente il tampone nella soluzione. Variazioni di colore corrispondenti alle istruzioni indicano la riuscita dell'estrazione e della neutralizzazione. I dati di calibrazione del test sono riportati sull'etichetta con codice a barre e vengono letti automaticamente da QuikRead go Instrument prima dell'avvio del test.

4

Reagenti

Contenuto del kit

Nome e origine del componente	Simboli	QuikRead go® Strep A Cat. N. 135883 50 test
Capsule di reagente Strep A ORIG RAB	REAG CPS	2 x 25
Soluzione tampone in cuvette pre-riempite	BUF	2 x 25 x 0,8 ml
Reagente per estrazione 1	REAG EXTR 1	1 x 6 ml
Reagente per estrazione 2	REAG EXTR 2	1 x 6 ml
Provette per estrazione	TUBE EXTR	50
Controllo positivo	CONTROL +	1 x 1 ml
Controllo negativo	CONTROL -	1 x 1 ml
Tampone sterile HydraFlock (Puritan Medical Products Company LLC, REF 25-3406-H)	SWAB	50
Istruzioni per l'uso		

I reagenti contengono sodio azide.

Il reagente per estrazione 1 contiene acido acetico mentre il reagente per estrazione 2 contiene sodio nitrito. Vedere la sezione 5 “Avvertenze e precauzioni”.

Conservazione dei reagenti

Reagente	Temperatura di conservazione 2...8°C	Temperatura di conservazione 18...25°C
Tappi Reagente, Reagente di Estrazione e Controlli in confezione sigillata	Fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni	Fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni
Tappi Reagente, Reagente di Estrazione e Controlli dopo la prima apertura	12 mesi	12 mesi
Cuvette pre-riempite in busta laminata sigillata	Fino alla data di scadenza indicata sulla busta delle cuvette	Fino alla data di scadenza indicata sulla busta delle cuvette
Cuvette pre-riempite dopo la prima apertura della busta laminata	6 mesi	3 mesi
Cuvette pre-riempite aperte	2 ore	2 ore

Segnare la data di apertura della busta laminata sul supporto delle cuvette.

Preparazione dei reagenti e condizioni di conservazione

Tutti i reagenti sono pronti per l'uso. Proteggere le capsule reagenti Strep A dall'umidità. Chiudere il tubo di alluminio subito dopo aver estratto il numero necessario di capsule reagenti.

Deterioramento dei reagenti

Non utilizzare una cuvetta con sporco visibile nella soluzione tampone.

5

Avvertenze e precauzioni

Informazioni su salute e sicurezza

- Esclusivamente per uso diagnostico *in vitro*.
- Non fumare, mangiare o bere nei locali dove vengono utilizzati i campioni e i reagenti del kit. Indossare indumenti protettivi e guanti monouso idonei durante la manipolazione dei campioni dei pazienti o dei reagenti contenuti nel kit. Una volta terminata l'esecuzione del test, lavarsi le mani con cura.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua.
- Non inalare le nebulizzazioni.
- Tutti i campioni dei pazienti e i controlli devono essere manipolati come materiali potenzialmente infetti.
- I reagenti liofilizzati contengono una concentrazione di sodio azide <1%, che è nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (Aquatic Chronic 3, H412). Non disperdere nell'ambiente (P273). Smaltire il prodotto in in conformità alla regolamentazione nazionale e locale (P501).

- I reagenti liquidi e ricostituiti contengono sodio azide <0,1%, concentrazione che non è considerata pericolosa.
- La sodio azide libera gas tossici a contatto con acidi. Le azidi possono reagire con le tubature metalliche e formare composti esplosivi. Per evitare che si crei una concentrazione pericolosa di azidi si può lavare abbondantemente con acqua durante l'eliminazione dei reagenti.
- Reagente per estrazione 2 contiene sodio nitrito, che è nocivo se ingerito (Acute Tox. 4, H302). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). IN CASO DI INGESTIONE: In case di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico (P301+P312). Smaltire il prodotto in in conformità alla regolamentazione nazionale e locale (P501).
 - Eliminazione: vedere Sezione 14.



Attenzione

Precauzioni analitiche

- Non utilizzare contemporaneamente reagent provenienti da diversi lotti di produzione.
- Utilizzare solo Tamponi HydraFlock forniti con il kit reagenti QuikRead go Strep A. Altri tamponi possono influenzare le prestazioni del test.
- Quando si apre un kit per la prima volta, assicurarsi che la guaina protettiva dei kit delle cuvette sia intatta. Se fosse danneggiata, non usare le cuvette al suo interno. Inoltre, prima di usare una singola cuvetta, verificare sempre che la guaina protettiva sia intatta.
- Non toccare la superficie trasparente piatta nella parte bassa della cuvetta (parte ottica). Eliminare le cuvette con impronte digitali.
- Proteggere le capsule di reagente QuikRead go Strep A dall'umidità. Chiudere il tubo di alluminio immediatamente dopo aver prelevato i tappi contenenti il reagente da utilizzare.

6 Raccolta e preparazione dei campioni

Materiali di campionamento, raccolta e conservazione dei campioni

Materiali di campionamento	Secrezioni raccolte dalle tonsille con un tampone fornito con il kit
Raccolta dei campioni	Il campione viene raccolto da entrambe le tonsille e/o dal retrofaringe. Non toccare altre parti della bocca.
Conservazione dei campioni	Il campione del tampone può essere conservato per 48 ore a 2...25°C prima del test.

7 Procedura

Materiale necessario ma non fornito

	Cat. N.
QuikRead go® Instrument con il software 4.1 o più recente	133893

Procedura del test

Aprire la busta laminata contenente il supporto delle cuvette e annotare la data di apertura sul supporto.

Raccolta e preparazione del campione (Figure 1–8)

- 1 La cuvetta pre-riempita deve essere a temperatura ambiente (18...25°C) prima dell'uso Una singola cuvetta pre-riempita refrigerata (2...8°C) impiega 15 minuti per raggiungere la temperatura ambiente. Non toccare le superficie trasparente piatta nella parte bassa della cuvetta (parte ottica). Rimuovere la pellicola di alluminio dalla cuvetta. Attenzione a non disperdere liquido. La presenza di condensa sulla copertura laminata non ha alcun effetto sul risultato. Il test deve essere eseguito entro due (2) ore dall'apertura della cuvetta.
- 2 Rimuovere il Tampone sterile HydraFlock dal suo involucro. Chiedere al paziente di aprire la bocca, tenere premuta la lingua con un abbassalingua in legno e iniziare a raccogliere il campione.
- 3 Ricordarsi di prelevare il campione da entrambe le tonsille. La rotazione del tampone durante la raccolta permette di ottenere un campione rappresentativo.
- 4 Infilare il tampone nella provetta per estrazione acclusa al kit.
- 5 Aggiungere due (2) gocce di reagente per estrazione 1 incolore e poi due (2) gocce di reagente per estrazione 2. La soluzione assume una colorazione giallo-arancione.
- 6 Far ruotare il tampone nella soluzione per 30 secondi e poi lasciarlo nella soluzione per almeno 90 secondi ma per non più di 15 minuti.
- 7 Togliere il tampone dal tubo di estrazione nella cuvetta pre-riempita, trasferendo quanto più liquido possibile e mescolare vigorosamente. La soluzione assumerà una colorazione rossa. Questo cambiamento di colore indica la neutralizzazione della soluzione d'estrazione e che il campione è stato trasferito nella soluzione. Nota: se all'interno del tubo di estrazione resta una grande quantità di liquido, è necessario versarlo nella cuvetta. Vedere passaggio 8.
- 8 Togliere il tampone dal liquido e premerlo leggermente contro la parete interna della cuvetta per rilasciare tutto il liquido di misurazione. Prestare attenzione a non schizzare alcuna soluzione sulla superficie esterna della cuvetta. Gettare il tampone. Trasferire la quantità di liquido in eccesso dal tubo di estrazione alla cuvetta. Non proseguire se la soluzione continua ad avere un colore arancio-giallo (che indica acidità; vedi sezione "Avvertenze e precauzioni – azoturo di sodio").

Analisi del campione (figure 9–12)

Consultare il manuale d'istruzioni per l'uso del QuikRead go Instrument per istruzioni dettagliate. Il display guida l'operatore nell'esecuzione del test.

- 9 Chiudere strettamente la cuvetta con una capsula di reagente Strep A. Non comprimere la parte interna rosa della capsula di reagente. Una volta aggiunto il campione al tampone, la soluzione è stabile per quattro (4) ore.
- 10 Selezionare **Misura** sul display del QuikRead go Instrument.
- 11 Inserire la cuvetta nell'alloggiamento di lettura dello strumento. Il codice a barre deve essere rivolto verso l'operatore, come mostrato nella Figura 11. Il display mostra come sta procedendo la misurazione. Innanzi tutto, lo strumento misura il bianco, poi procede alla misurazione della concentrazione di streptococco A per 1–3 minuti.
- 12 Quando la misurazione è stata completata, il risultato viene visualizzato sul display e la cuvetta si solleva automaticamente dall'alloggiamento di lettura.

Analisi del controllo (Figure 5–12)

Avviare l'analisi dei controlli infilando il tampone nella provetta per estrazione. Aggiungere due (2) gocce di controllo sul fondo della provetta per estrazione. Continuare la procedura dal punto 5 del capitolo "Raccolta e preparazione del campione".

Analizzare i campioni di controllo come qualsiasi altro campione, ma selezionare **Controllo di qualità** sul display del QuikRead go Instrument. Il risultato sarà archiviato come misurazione di controllo.

8 Controllo di qualità

Si raccomanda di usare regolarmente i controlli pronti all'uso forniti con il kit reagenti QuikRead go Strep A.

Uso di controlli disponibili in commercio: Maneggiare e utilizzare i controlli in base alle istruzioni per l'uso. Se vengono usati controlli liquidi, tenere conto della diversa capacità di assorbanza che può interferire sulla quantità di batteri trasferiti al tampone. Questo può influire sul risultato specialmente su campioni prossimi al valore di cut-off. La diversa capacità di assorbanza non influenza i campioni paziente, che non sono liquidi. Tamponi pretrattati con controlli possono fornire risultati imprecisi a causa delle proprietà del tampone utilizzato.

9 Interpretazione dei risultati

Risultato Strep A	Interpretazione del risultato del test
Strep A positivo	La concentrazione di antigene di streptococco A nel campione corrisponde a una concentrazione batterica pari ad almeno 7x10 ⁴ CFU/tampone.
Strep A negativo	Il campione non contiene una concentrazione misurabile di antigene di streptococco A.

Nell'interpretare i risultati del test Strep A occorre sempre tenere conto della sintomatologia clinica e dei dati anamnestici del paziente.

10 Limitazioni della procedura

Una raccolta corretta dei campioni e un'esecuzione scrupolosa delle procedure di dosaggio illustrate nelle istruzioni per l'uso sono necessarie per ottenere risultati attendibili del test.

Il test non permette di distinguere i soggetti con infezione in atto dai portatori asintomatici. Basse concentrazioni batteriche nel campione possono dar luogo a un risultato negativo.

11 Valori attesi

Una stima ragionevole della prevalenza dell'infezione da streptococco A in una popolazione adulta affetta da faringite acuta è pari al 5–10% mentre nella popolazione pediatrica è pari al 20–25%³. In una popolazione sana, lo *Streptococcus pyogenes* non dovrebbe essere presente; tuttavia, è possibile che alcuni soggetti siano portatori asintomatici del batterio⁵.

12 Caratteristiche delle prestazioni

Sensibilità e specificità

Le prestazioni di tipo clinico di QuikRead go Strep A sono state valutate in uno studio policentrico di campioni su 279 pazienti. Il campione faringeo è stato raccolto con i tamponi forniti nel kit reagente QuikRead go Strep A presso sei diversi studi medici. Tutti i pazienti mostravano sintomi di faringite.

Il campione faringeo di comparazione è stato preso da un altro tampone e utilizzato per inoculare il mezzo di coltura Streptocult. Dopo l'inoculazione, è stato applicato un disco di bacitracina al mezzo Streptocult, come indicato nelle istruzioni per l'uso. Il vetrino Streptocult è stato inviato a un laboratorio di microbiologia per ulteriore coltura e identificazione dei batteri. Le colonie di streptococco β-emolitico in crescita sul vetrino sono state confermate attraverso reagenti coloranti disponibili in commercio. La densità di crescita e la presenza di streptococchi β-emolitici diversi dal gruppo A sono stati ugualmente riportati. Il test QuikRead go Strep A è stato condotto su un campione in conformità alle istruzioni per l'uso contenute nel kit.

Il test individua batteri in quantità corrispondente a 7x10⁴ CFU/Tampone. Pertanto, colture Streptocult contenenti meno di 10 gruppi di colonie di Streptococco A sono escluse quando vengono calcolati specificità e sensibilità del test.

Colture Streptocult contenenti 10 o più gruppi di colonie di Streptococco A sul vetrino sono considerati positivi.

Tabella 1.	Coltura positiva	Coltura negativa
QuikRead go Strep A positivo	74	5
QuikRead go Strep A negativo	15	177
Sensibilità	83% (73,7-90,2%)*	
Specificità	97% (93,7-99,1%)*	
Concordanza	93%	
Valore predittivo positivo	94%	
Valore predittivo negativo	92%	
* 95% intervallo di confidenza		

Quando la sensibilità del test QuikRead go Strep A è stata riportata sulla base della densità del gruppo A delle colonie di streptococchi sui vetrini, si sono ottenuti i valori che seguono:

Tabella 2.	Sensibilità / Numero di CFU			
Sensibilità in base al numero di colonie	< 10	≥ 10	≥ 51	≥ 100
	12,5%	83,1%	91,0%	95,5%

Riproducibilità

La riproducibilità è stata testata attraverso l'analisi di tre campioni con diverse concentrazioni di Strep A, quotidianamente nell'arco di cinque giorni. Uno dei campioni non conteneva l'antigene Strep A (negativo), uno aveva delle basse concentrazioni di antigene Strep A (basso positivo) e uno conteneva elevate quantità di antigene Strep A (alto positivo).

Tabella 3.	Riproducibilità di QuikRead go Strep A									
	Giorno 1		Giorno 2		Giorno 3		Giorno 4		Giorno 5	
	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2
Negativa	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Basso positivo	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.
Alto positivo	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.	pos.

I risultati mostrano un'elevata riproducibilità.

Interferenze
Reattività crociata

Organismi esaminati	Ceppo batterico	Reattività crociata
<i>Streptococcus B</i>	ATCC 12386	In base ai risultati del test, è possibile stimare che gli organismi in questione, talvolta presenti in bocca, non provocano reattività crociata nel test QuikRead go Strep A.
<i>Streptococcus C</i>	ATCC 12388	
<i>Streptococcus F</i>	ATCC 12392	
<i>Streptococcus G</i>	ATCC 12394	
<i>Staphylococcus aureus (Cowan)</i>	ATCC 12598	
<i>Candida albicans</i>	ATCC 14053	
<i>Neisseria sicca</i>	ATCC 29259	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	
<i>Haemophilus influenzae type B</i>	ATCC 9795	
<i>Streptococcus pneumonia</i>	ATCC 6303	
<i>Moraxella catarrhalis</i>	ATCC 25238	

Eccesso di antigene

Non sono stati rilevati eccessi di antigene durante l'elaborazione di campioni con livelli eccezionalmente alti (10⁹ CFU/ml) di *Streptococcus pyogenes*.

Intervallo di misurazione

Il test rileva i batteri in quantità corrispondenti a 7x10⁴ CFU/tampone.

13 Tracciabilità

QuikRead go Strep A è stato standardizzato usando come standard di riferimento *Streptococcus pyogenes* ceppo ATCC 19615.

14 Smaltimento

- Smaltire il contenuto nel rispetto delle leggi locali e nazionali.
- Tutti i campioni dei pazienti, i tappi, le cuvette, i capillari e i pistoni usati devono essere manipolati e smaltiti come materiali potenzialmente infetti.
- Materiali dei componenti dei kit per QuikRead go:
Carta: Istruzioni per l'uso
Cartone: Scatola del kit
Plastica: Cuvette, capsule reagenti, lamina che ricopre il rack delle cuvette, il rack delle cuvette, pistoni, flaconi e tubi di estrazione pistoni e provette capillari, tamponi
Vetro: Capillari
Metallo: provette delle capsule reagenti, coperchi delle cuvette, pistoni e capsule delle provette capillari
Altro (da non riciclare): Coperchi delle cuvette (molti)
- I reagenti forniti, se utilizzati conformemente alle norme della buona pratica di laboratorio, nonché nel rispetto delle norme igieniche e delle istruzioni per l'uso, non dovrebbero presentare rischi per la salute.

15 Risoluzione dei problemi

Messaggi di errore

I messaggi di errore del QuikRead go Instrument sono segnalati nella tabella sottostante. Per maggiori informazioni inerenti ai messaggi d'errore, vedere il manuale d'uso dello strumento.

Messaggi d'errore	Azione correttiva
Posizione cuvetta non corretta. Rimuovere cuvetta.	Rimuovere la cuvetta e reinserirla nella posizione giusta.
Misurazione non permessa. Controllare il reagente.	Controllare che la cuvetta abbia il tappo del reagente, e che la parte rosa non sia già stata premuta.
Misurazione non per- messa. Lotto scaduto.	Eliminare il lotto scaduto. Utilizzarne uno nuovo.
Misurazione non permessa. Temperatura cuvetta troppo bassa.	Far scaldare la cuvetta fino a temperatura ambiente (18...25°C). Testare ancora la stessa cuvetta.
Misurazione non permessa. Temperatura cuvetta troppo alta.	Attendere che la cuvetta torni a temperatura ambiente (18...25°C). Testare ancora la stessa cuvetta.
Test cancellato. Bianco troppo alto.	Testare ancora la stessa cuvetta. Il processo di lettura del bianco non è stato completato o il campione potrebbe contenere sostanze che interferiscono. In quest'ultimo caso il test non può essere completato.
Test cancellato. Bianco instabile.	
Test cancellato. Errore nell'aggiunta del reagente.	Effettuare un nuovo test. Potrebbero essersi verificati diversi problemi durante la procedura di aggiunta del reagente. Assicurarsi che il tappo sia correttamente chiuso.
Test cancellato. Strumento guasto.	Eseguire un nuovo test. Se il messaggio appare spesso, contattare il distributore locale o il servizio clienti.
Errore cod. xx. Per favore riaccendere lo strumento.	Per favore riaccendere lo strumento. Se il messaggio appare ancora, contattare il distributore locale o chiamare il servizio clienti e fornire il codice errore.
Errore cod. xx. Contattare il servizio clienti.	Contattare il distributore locale o chiamare il servizio clienti e fornire il codice errore.

Risultati negativi o positivi imprevisti

Le possibili ragioni di risultati imprevisti sono riportate nella tabella sottostante.

Possibile causa	Azione correttiva
I campioni non raccolti seguendo le istruzioni possono contenere una quantità insufficiente o nulla di streptococchi A e quindi fornire un risultato falso negativo.	Prelevare un nuovo campione. Aver cura di prelevare il campione dalle tonsille e/o dal retrofaringe.
Se il tampone tocca le guance, le gengive o la lingua, nel campione può entrare materiale estraneo che può dar luogo a un risultato falso.	Prelevare un nuovo campione. Aver cura di prelevare il campione dalle tonsille e/o dal retrofaringe.
L'uso di tamponi diversi da quelli forniti con il kit QuikRead go Strep A può fornire un risultato falso.	Prendere un nuovo campione tramite il Tampone HydraFlock fornito con il kit reagenti QuikRead go strep A.
L'uso di provette per estrazione QuikRead go Strep A diverse da quelle fornite con il kit può fornire un risultato falso negativo.	Ripetere il test. Aver cura di usare una provetta per estrazione fornita con il kit.
Utilizzare reagenti provenienti da diversi lotti di produzione o tamponi di campionamento studiati per altre tipologie di test può causare risultati errati.	Ripetere il test. Verificare che tutti i reagenti provengano dalla stessa confezione.
La conservazione dei reagenti a una temperatura scorretta può provocare un risultato falso.	Ripetere il test. Verificare che i reagenti siano stati conservati in base alle istruzioni.
La presenza di sporcizia sulla superficie ottica della cuvetta può provocare un risultato falso positivo.	Ripetere il test. Non toccare la superficie trasparente piatta nella parte bassa della cuvetta.
Mantenere il campione troppo a lungo nel tampone o nella soluzione può provocare un risultato scorretto.	Ripetere il test. Attenersi ai limiti temporali indicati nelle istruzioni.