Smart Heart Sensor

Bedienungsanleitung
Modell 353 010

1

Laden Sie die ECG247-Applikation herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobiltelefon

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2

Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen

3

Rufnummer in der App eingeben



Einmal-Passwort als SMS

4

Platzieren Sie den Sensor auf der Elektrode



Drehen Sie den Sensor im Uhrzeigersinn

5

Verbinden Sie den Sensor mit Ihrem Mobilgerät



Drücken Sie die Taste in der Mitte des Sensors, bis ein blaues Licht erscheint

6

Bereiten Sie Ihre Haut vor



Waschen und trocknen Sie Ihre Haut. Entfernen Sie Körperbehaarung.

7

Befestigen Sie den Sensor über dem Brustbein

Entfernen Sie das Schutzpapier

8

Der Herzrhythmus wird aufgezeichnet und ausgewertet



Von nun an können Sie Ihr Mobilgerät wie gewohnt weiternutzen. Stellen Sie dabei stets sicher, dass die ECG247-Applikation im Hintergrund läuft und dass sich das Mobilgerät während der Testdauer in der Nähe des Sensors befindet.

9

In dem Feld "Testergebnisse" ist Ihr Befund zu sehen. Bestellen Sie eine kardiologische Bewertung durch unser ECG247-Kardiologenteam oder teilen Sie Ihre Befunde mit Ihrem behandelnden Arzt.

10

Bestellen Sie neue Sensoren und Elektroden auf ECG247.com oder bei Ihrem behandelnden Arzt

DATENSCHUTZ Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Wir schützen Ihre Daten und geben Ihre Informationen nicht weiter. Lesen Sie mehr dazu unter ecg247.com. GEWÄHRLEISTUNG Die Herzsignale haben bei verschiedenen Menschen unterschiedliche Formen und Größen. Wir können nicht garantieren, dass dieser Test alle verschiedenen Herzrhythmusstörungen bei jedem Menschen entdeckt. Der Sensor kann nicht nach Anzeichen eines Herzinfarkts suchen. Jede Herzrhythmusstörung muss durch einen Arzt bestätigt werden. Lesen Sie mehr dazu unter ecg247.com. Kontaktieren Sie immer einen Arzt, sobald Sie Herzsymptome wahrnehmen. WARNUNG Der Sensor sollte nicht bei Patienten mit signifikantem Übergewicht (BMI >40), Herzschrittmachenr/ICDs, Kindern, Schwangeren oder in Situationen mit der Notwendigkeit eines externen Defibrillators verwendet werden. Falls die Verwendung Juckreiz oder einen Ausschlag verursacht, sollte der Sensor entfernt werden. Nicht verschlucken. Der Sensor sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Die Batterien sind nicht wiederaufladbar. UMWELT Entfernen Sie die Batterie aus der Elektrode, um sie ordnungsgemäß zu recyceln. Sie können mit dem Sensor duschen, sollten aber nicht baden. Vollständige Anweisungen finden Sie unter ecg247.com

AppSens AS, 4790 Lillesand, Norwegen